

## Zaproszenie do złożenia oferty

( dostawa/ usługa/ robota budowlana)\*

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach, Pławanice 75, 22-113 Kamień jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn; **Zakup defibrylatora. Specyfikacja urządzenia: odprowadzanie EKG; II, częstotliwość 1Hz do 30Hz, wymogi ANSI/AAMI DF80,przełącznik trybu defibrylacji pediatricznej/dorosłych, zakres impedancji od 25 do , 175, wydawanie komend głosowych, CU-SP1 analiza poziomu odgłosów otoczenia w trakcie pracy, automatyczne zwiększanie głośności komend , bateria 12Vdc,4,2 Ah LiMo02,wydajność przynajmniej 200 wyładowań ,przydatność do użycia w trybie standy ,przynajmniej 5 lat od daty produkcji, obszar elektrod 120cm2, wewnętrzna pamięć przechowywania danych, norma uszczelnienia DIN en 60529;IP55, norma drgania MIL-STD-810G,ESD norma EN 61000-4-;2001,interferencja elektromagnetyczna norma IEC 60601-1-2, na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Poradni w Pławanicach z dnia 01.12.2023r.**

**(Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia )**

Termin realizacji zamówienia – do dnia 22.12.2023 roku.

Kryterium jakim Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena.

Prosimy o wypełnienie formularza ofertowego, wypełnienie tabeli – podanie ceny jednostkowej oraz kwoty za całość przedmiotu zamówienia brutto, wartość podatku VAT oraz netto (cyfrowo i słownie). Kwotę netto i wartość podatku VAT należy wyliczyć od kwoty brutto.

Formularz ofertowy prosi się o odesłanie na adres mailowy ppp-dubienka@o2.pl lub do dnia 14.12.2023 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 14.12.2023 r.

Warunki płatności: przelew 14 dni

\*Okres gwarancji :minimum 5 lat

Tel. kontaktowy:

82 566-80-88

Małgorzata Czyżowska

ZATWIERDZAM  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Pławanicach  
Beata Adamczyk

(Dyrektor jednostki)

Załączniki do zaproszenia

1. Formularz ofertowy

\*jeżeli dotyczy